


# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李保伟	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 武警总医院	
项目信息	项目名称:	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	拟采购的X线球管为德国西门子设备配套产品, 必须与旧设备兼容, 其它产品无法替代, 故须采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	李保伟	日期: 2022年9月22日

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 卢东生	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 北京友谊医院	
项目信息	项目名称:	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员 论证意见	<p>拟采购的5.2MHz导管机球管为西门子导管机专用球管,无其它球管可替代故<del>必须</del>采用单一来源方式采购。</p>	
专业人 员签字	卢东生	日期: 2022年9月22日

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蔡玉琴	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 解放军总医院	
项目信息	项目名称:	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	拟采购的X线球管, 为西门子X线设备消耗性配件, 必须采购原厂品牌配套产品, 故须采用单一来源采购方式。	
专业人员签字		日期: 2022年9月22日