

单一来源方式采购论证专家信息表

序号	姓名	工作单位	专业	职务/职称	联系方式
1	李保伟	武警总医院	医学工程	高级工程师	13910150196
2	牟文斌	北京协和医院	医工	高工	13716027595
3	卢东生	北京友谊医院	医学工程	高级工程师	13910581556

单一来源采购方式专业人员论证意见


专业人员 信息	姓名: 牟文斌	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 北京协和医院	
项目信息	项目名称: CT设备维保服务	
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	
专业人员 论证意见	<p>用户所要求的 service 需求软硬件升级和 CT 的维保服务,</p> <p>由于 CT 的核心软硬件均有厂商独有性, 第三方服务无法满足维保所需的所有硬件供应, 且维修 CT 需要专业的维修能力, 第三方服务能力无法满足用户需求, 软件升级更需要原厂的硬件设备与之匹配, 其它厂商无法获取.</p> <p>故此, 本项目只能由原设备厂商通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司完成.</p> <p>根据《政府采购法》第31条规定, 须采用单一来源方式采购.</p>	
专业人 员签字	牟文斌	日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见




专业人员 信息	姓名: 卢东生	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 北京友谊医院	
项目信息	项目名称: CT设备维保服务	
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	
专业人员 论证意见	<p>用户所要求提供的服务包括美国GE公司CT LISPEED VCT扫描控制台的软硬件升级和整机全保服务。由于美国GE公司软件需专用密钥才能进入, 零件配件垄断, 尤其是球管、探测器, 高压发生器等均为原厂生产, 无法从别的厂商处获取。美国GE公司国内设备唯一授权商为通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司。</p> <p>故此项目只能由通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司完成。根据《政府采购法》第31条规定, 须采用单一来源方式采购。</p>	
专业人 员签字	卢东生	日期 _____ 年 月 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>李保伟</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>武汉市警察总医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>CT设备维保服务</u>	
	供应商名称: <u>通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司</u>	
专业人员 论证意见	<p>用户使用的CT为美国GE产品, 包括软件部分, GE的维修软件需专用密钥才能进入, 维修配件包括球管, 探测器等, 必须与设备兼容配套使用, 无法从其它厂商获取, 美国GE公司设备维修唯一授权商为通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司, 故此项目只能由通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司完成, 根据《政府采购法》第三十一条规定, 须采用单一来源方式采购。</p>	
专业人 员签字		日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证汇总意见

项目信息	项目名称: CT设备维保服务 预算金额: * 105万元 供应商名称: 通用电气(医疗系统)贸易发展(上海)有限公司
专业人员 论证意见	<p>用户现使用的CT为美国GE公司产品, 包括软件部分, GE公司维修软件需专用密钥才能进入, 维修配件包括球管, 探测器, 高压部分等, 必须与旧设备兼容匹配使用, 无法从其它厂商获取。</p> <p>美国GE公司设备维修唯一授权商为通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司, 故此项目只能由通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司完成。</p> <p>根据《政府采购法》第31条规定, 须采用单一来源方式采购。</p>
专业人员 签字	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  李生 </div> <div style="text-align: center;">  车文武 </div> <div style="text-align: center;">  刘生 </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 日期: _____年__月__日 </div>