

论证专家签到表

项目名称：免疫显色试剂医用耗材采购项目

序号	姓名	职称（职务）	工作单位	签到时间
1	张芳	中级	阜阳市人民医院	14 时 10 分
2	王世超	主任医师	阜阳市疾病预防控制中心	14 时 30 分
3	张永成	高级	阜阳市第二人民医院	14 时 30 分

日期：2025年11月02日

单一来源采购专家论证意见

采购单位	赤峰市医院
采购项目名称	免疫显色试剂医用耗材采购项目
项目预算	限价：14000.00元/盒 数量：1批（具体以患者年度实际需求为准）
供应商名称	重药控股内蒙古有限公司
申请单一来源采购理由	为保证能够与现有检测设备UB203i型显微镜百分百配套使用，满足uv紫光-激发光波长为320nm到380nm、B波段蓝光-激发光波长为460nm到490nm检测标准，达到检测稳定性、准确性、灵敏性和安全性，确保检测结果的准确、可靠、可追溯。非原厂试剂不能完全满足需求，故申请采用单一来源采购方式。
专家论证意见	该单位检测设备——正置生物显微镜是重庆重光品牌，型号为UB203i。设备含uv紫光—激发光波长为320nm~380nm，B波段蓝光—激发光波长为460nm~490nm的摄像、软件系统。为了保证设备的配套使用，达到检测的准确、稳定与最佳效果，建议供用原厂试剂，采取单一来源方式采购采购。
专家签字	王 旭 扬

2025年11月02日

单一来源采购专家论证意见

采购单位	赤峰市医院
采购项目名称	免疫显色试剂医用耗材采购项目
项目预算	限价：14000.00元/盒 数量：1批（具体以患者年度实际需求为准）
供应商名称	重药控股内蒙古有限公司
申请单一来源采购理由	为保证能够与现有检测设备UB203i型显微镜百分百配套使用，满足uv紫光-激发光波长为320nm到380nm、B波段蓝光-激发光波长为460nm到490nm检测标准，达到检测稳定性、准确性、灵敏性和安全性，确保检测结果的准确、可靠、可追溯。非原厂试剂不能完全满足需求，故申请采用单一来源采购方式。
专家论证意见	经论证免疫显色试剂医用耗材，用于在免疫荧光板中 与抗原抗体结合，通过荧光染色；将单克隆抗体中抗体 与抗原结合。由于现有检测设备UB203i型显微镜和免疫 显色试剂医用耗材专机专用，保证检测稳定性和 准确性、可靠性，根据《中华人民共和国政府采购法》 第三十一条规定，采购人可以单一来源方式进行 采购。
专家签字	卢云水

2025年11月02日

单一来源采购专家论证意见

采购单位	赤峰市医院
采购项目名称	免疫显色试剂医用耗材采购项目
项目预算	限价：14000.00元/盒 数量：1批（具体以患者年度实际需求为准）
供应商名称	重药控股内蒙古有限公司
申请单一来源 采购理由	为保证能够与现有检测设备UB203i型显微镜百分百配套使用，满足uv紫光-激发光波长为320nm到380nm和B波段蓝光-激发光波长为460nm到490nm检测标准，达到检测稳定性、准确性、灵敏性、安全性，确保检测结果的准确、可靠、可追溯。非原厂试剂不能完全满足需求，故申请采用单一来源采购方式。
专家论证意见	经论证，本项目采购的免疫显色试剂为保证能够与现有检测设备UB203i型显微镜百分百配套使用，检测结果准确可靠，只认原厂试剂在业内唯一授权供应商处采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，建议本项目采用单一来源采购方式。
专家签字	张

2025年11月02日